ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

№ 20310 от 19 июня 2026 г.

Срок действия до 24 ноября 2030 г.

Наименование и обозначение типа средства измерений:
Преобразователи измерительные влажности и температуры ДВ2

Производитель:
ООО НПК «МИКРОФОР», Российская Федерация

Местонахождение производственной площадки (производственных площадок): –

Методика поверки:
ЦАРЯ.2553.004-01 МП «Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи измерительные влажности и температуры ДВ2. Методика поверки» (с изменением № 1)

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 19.06.2026 № 70.
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Первый заместитель Председателя _____ А.А.Бурак
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.